

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	TEST	Лаб. № замовлення	
Дата народж.	24.03.1984	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	03.02.2024 9:25
Коментарі:			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Комплекс №161 "Скринінг на ІПСШ розширений (мазок і кров)"

Скринінг 4 ІПСШ - напівкількісн.

Первинна проба: урогенітальний зішкріб (жіночий)

Chlamydia trachomatis	не виявлено	копій/мл	не виявлено
-----------------------	-------------	----------	-------------

Аналітична чутливість тест-системи становить 500 копій/мл

Mycoplasma genitalium	не виявлено	копій/мл	не виявлено
-----------------------	-------------	----------	-------------

Аналітична чутливість тест-системи становить 2500 копій/мл

Neisseria gonorrhoeae	не виявлено	копій/мл	не виявлено
-----------------------	-------------	----------	-------------

Аналітична чутливість тест-системи становить 500 копій/мл

Trichomonas vaginalis	не виявлено	копій/мл	не виявлено
-----------------------	-------------	----------	-------------

Аналітична чутливість тест-системи становить 2500 копій/мл

Дослідження виконується методом ПЛР (виявлення ДНК) в режимі реального часу у напівкількісному форматі

Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг (з імуноблотом для сумнівних/позитивних)	0.14 негативний	Індекс	< 0,9	<0.9 негативний 0.9-1.1 сумнівний >1.1 позитивний
Первинна проба: венозна кров				

Відповідальна особа

Завідувач лабораторії молекулярно-генетичного аналізу Покровська Т.О.



символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень