

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	TEST	Лаб. № замовлення	012345678
Дата народж.	20.09.2001	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	01.09.2024 10:33
Коментарі:			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Мутації IDH 1/2, FFPE, ПЛР

Первинна проба: зразок тканини

Клінічний діагноз:

Інтрамедулярне новоутворення на рівні Th3-Th9.
Додаткові дані: Пілоцитарна астроцитиома, CNS WHO Grade 1.

Номер блоку, обраного для дослідження:

2 Матлаєва 1158

Кількість пухлинних клітин:

~ 300

Відсоток пухлинних клітин:

> 50 %

Мутації IDH 1 (1)

мутації не виявлено

Аналітична чутливість: 5% - 15% мутантних алелів

Мутація IDH 1 (2)

мутації не виявлено

Аналітична чутливість: 5% мутантних алелів

Мутації IDH 2 (1)

мутації не виявлено

Аналітична чутливість: 1% - 20% мутантних алелів

Мутації IDH 2 (2)

мутації не виявлено

Аналітична чутливість: 5% - 15% мутантних алелів

Мутації IDH 2 (3)

мутації не виявлено

Аналітична чутливість: 5% мутантних алелів

ЗАКЛЮЧЕННЯ:

Мутацій в генах IDH 1/2 не виявлено.

Мутації, що досліджувались: #

IDH1: Exon 4 c.395G>A, c.394C>T, c.394C>A, c.394C>G, c.395G>T, c.395G>C, c.394_395 CG>GT, c.299G>A.

IDH2: Exon 4 c.515G>A, c.515G>T, c.514A>T, c.514A>G, c.516G>T, c.419G>A, c.418C>T, c.419G>T, c.418C>G

символом # позначаються дослідження, що знаходяться в процесі отримання акредитації ДСТУ EN ISO 15189:2015

символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

Відповідальна особа

Завідувач Лабораторії молекулярно-генетичного аналізу Покровська Т.О.



Шановний лікарю!

Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань. Акредитований сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020

Шановний клієнте!

Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МІЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001